

Publicējams pie iepirkuma dokumentācijas
Iepirkums “MEDICĪNISKO IEKĀRTU IEGĀDE”
ID Nr. ERAF 024-2026/06-01

Rīgā, 2026. gada 18. jūnijā

ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM
par iepirkuma “MEDICĪNISKO IEKĀRTU IEGĀDE”, ID Nr. ERAF 024-2026/06-01,
4. daļu “USG oftalmologiem”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VESELĪBAS CENTRS 4” (turpmāk – Pasūtītājs) ir izvērtējusi pretendenta iesniegtos jautājumus un priekšlikumus par iepirkuma dokumentācijas 2. pielikuma “Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums” 4. daļas “USG oftalmologiem” tehniskās specifikācijas prasībām.

Pasūtītājs piekrīt sniegtajiem priekšlikumiem un veic grozījumus iepirkuma dokumentācijas 2. pielikuma 4. daļā “USG oftalmologiem”. Precizētā tehniskā specifikācija ir pievienota grozījumiem un ir piemērojama piedāvājumu sagatavošanai 4. daļā “USG oftalmologiem”.

Šis dokuments publicēts informācijai visiem ieinteresētajiem piegādātājiem, nodrošinot vienādu piekļuvi Pasūtītāja sniegtajiem skaidrojumiem.

1. jautājums par prasību 1.2.

Esošā prasība	“Ekrāna izšķirtspēja vismaz 1280 x 800 pikseļi.”
Jautājums / priekšlikums	Vai Pasūtītājs var paplašināt prasību, nosakot ekrāna izšķirtspēju vismaz 1024 x 768 pikseļi, lai nodrošinātu plašāku konkurenci?
Atbilde	Pasūtītājs piekrīt, ka USG iekārtas klīniskajā lietošanā būtiska ir skaidra un interpretējama attēla un parametru attēlošana, nevis konkrēts augstāks pikseļu skaits. Lai nepamatoti neierobežotu konkurenci un vienlaikus saglabātu nepieciešamo funkcionalitāti, prasība tiek precizēta.
Precizētā prasība	“Ekrāna izšķirtspēja vismaz 1024 x 768 pikseļi.”

2. jautājums par prasību 1.6.

Esošā prasība	“Svars ne vairāk kā 3.3 kg.”
Jautājums / priekšlikums	Vai Pasūtītājs var precizēt svara ierobežojumu, paredzot pieļaujamo novirzi $\pm 0,2$ kg, jo šis parametrs iekārtas funkcionalitātei nav būtisks?
Atbilde	Pasūtītājs piekrīt, ka neliela svara atšķirība neietekmē iekārtas klīnisko pielietojumu un funkcionalitāti. Prasība tiek precizēta, paredzot pieļaujamo svara novirzi.
Precizētā prasība	“Svars ne vairāk kā 3,3 kg $\pm 0,2$ kg.”

3. jautājums par prasību 1.7.

Esošā prasība	“B-scan zonde ar frekvenci 12 un 15 MHz, ± 1 Mhz.”
Jautājums / priekšlikums	Vai Pasūtītājs var precizēt prasību, nosakot B-scan zondes frekvenci 15 MHz, jo 15 MHz zonde ir pietiekama B-skenējuma izmeklējumu veikšanai oftalmoloģijā?
Atbilde	Pasūtītājs piekrīt, ka B-skenējuma izmeklējumu veikšanai oftalmoloģijā pietiekama ir 15 MHz zonde. Lai nepamatoti

	neierobežotu konkurenci, prasība tiek precizēta.
Precizētā prasība	“B-scan zonde ar frekvenci 15 MHz, ± 1 MHz.”

4. jautājums par prasību 1.9.

Esošā prasība	“Skenēšanas leņķis vismaz 60°.”
Jautājums / priekšlikums	Vai Pasūtītājs var precizēt skenēšanas leņķa prasību, nosakot to vismaz 50°, lai neierobežotu citu ražotāju līdzvērtīgu iekārtu piedāvāšanu?
Atbilde	Pasūtītājs piekrīt, ka skenēšanas leņķa prasības precizēšana līdz vismaz 50° saglabā nepieciešamo funkcionalitāti un vienlaikus veicina plašāku konkurenci. Prasība tiek precizēta.
Precizētā prasība	“Skenēšanas leņķis vismaz 50°.”

Noslēguma informācija

Ņemot vērā, ka minētie precizējumi skar iepirkuma 4. daļas “USG oftalmologiem” obligātās tehniskās prasības, Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentācijas 2. pielikuma 4. daļā “USG oftalmologiem”.

Grozījumi attiecas tikai uz iepirkuma priekšmeta 4. daļu “USG oftalmologiem”.

Pārējās iepirkuma dokumentācijas prasības, ciktāl tās nav grozītas ar attiecīgajiem grozījumiem, paliek spēkā nemainīgas.

Ņemot vērā tehniskās specifikācijas precizējumus, Pasūtītājs pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2026. gada 6. jūlija plkst. 12:00.

SIA “VESELĪBAS CENTRS 4”
Iepirkuma komisija